

CE-Konformitätserklärung Typ Blutgaskapillaren

Wir erklären hiermit, dass das Produkt

Typ Blutgaskapillaren

(Artikelnummer: siehe Anhang)

der Risikoklasse A nach Anhang VIII 2.5 Regel 5 c) entspricht.

Das Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 48 (10) wurde nach Anhang I, II und III der IVDR (EU) 2017/746 durchgeführt.

Hersteller:	Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG Hauptstr. 7-15 · 74246 Eberstadt/Germany
Single Registration Number (SRN):	DE-MF-000028167
Basis UDI-DI:	4049338DECA37IVD15E8
Zweckbestimmung:	Probengefäß zur Kapillarblutentnahme

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung. Wir versichern, dass die von dieser Erklärung erfassten Produkte der vorliegenden Verordnung sowie gegebenenfalls weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der Union, in denen die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung geregelt ist, entsprechen.

Die Konformitätserklärung ist gültig bis zu einer Änderung des Produktes, längstens bis 26.05.2027.

20/01/2023

Kirsten Hirschmann
Geschäftsführerin // Verantwortliche Person für
die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften

20/01/2023

Marc Bangert
Prokurist // Stellvertretende verantwortliche Person
für die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften

HIRSCHMANN®

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15
74246 Eberstadt | Germany

Firmenstempel

Rev. 01/2023

Seite 1 von 2

Anhang Typ Blutgaskapillaren

Die folgenden Artikel-Nr. sind unter der Produktgruppe Blutgaskapillaren zusammengefasst:

Nr.	Beschreibung
9221210	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 130µL
9221212	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 165µL
9221215	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 200µL
9221275	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 100µL
9221280	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 105µL
9222210	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 185µL
9222212	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 235µL
9222215	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 280µL
9222275	BLUTGASKAPILLAREN NA-HEP 140µL